



610000

成都市天府新区华阳华府大道 1 段 1 号蓝润 ISC2 栋 1 单元 2008 号
成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙)
韩晓银(028-85961062)

发文日:

2023 年 05 月 17 日



申请号: 202222053799.3

发文序号: 2023051400043460

申请人: 成都医学院第一附属医院

发明创造名称: 一种临床护理用集尿袋

第一次审查意见通知书

根据专利法实施细则第 44 条的规定, 审查员对上述实用新型专利申请进行了初步审查。经审查, 该专利申请存在下列缺陷:

1. 该专利申请涉及“一种临床护理用集尿袋”, 其所要解决的技术问题是“当前集尿袋在使用时虽然能够固定在病人的身体上, 但是导尿管无法达到最高的固定状态, 仅是对管体表面进行紧覆, 管子受到重力拉扯时还是会进行滑动, 从而使得伤口受到伤害, 并且病人外出时集尿袋无法方便的快速悬挂在身上, 增加了穿戴的繁琐性, 同时护理人员进行放尿时无法控制流量, 操作不当时容易导致尿液漏出”, 说明书中记载了“一种临床护理用集尿袋, 包括集尿袋 1 和腰带 2, 集尿袋 1 的顶部通过开设开口固定连接导尿管 3, 集尿袋 1 的底部通过开设开口固定连接有排尿管 4, ……使得横杆 15 带动密封柱 19 转动使得两个流液口 20 分别与排尿管 4 进行对接, 根据需要放出的多少调节流液口 20 与排尿管 4 和取尿管 18 的接触面积, 摩擦片 16 能够增大横杆 15 的摩擦, 防止其轻易转动。”, (1) 导尿管表面开设有螺纹槽, 然而并不清楚如何在导尿管表面开设螺纹槽, 从而不清楚如何解决所述技术问题; (2) 说明书背景技术部分没有准确客观地反映现有技术存在的缺陷或不足, 同时本申请技术方案中所采用的技术手段与本申请技术主题的工作条件不匹配, 其结构和使用方式并不适用于该应用领域的实际需求, 也不清楚具体如何应用于该领域。上述技术方案与所要解决的技术问题是不相适应的, 不能实现预期的技术效果。对所属技术领域技术人员来说, 该手段是含糊不清的, 根据说明书记载的内容无法实现, 附图中也缺少实施该设想的具体产品结构, 使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案, 因而不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

基于上述理由, 该专利申请不能被授予专利权, 而且该专利申请的申请文件中也没有记载其它任何可获得专利权的实质性内容, 因此该专利申请不具备授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出具有说服力的理由, 该专利申请将被驳回。

根据专利法实施细则第 44 条第 2 款的规定, 申请人应当自收到本通知之日起两个月内陈述意见或补正, 期满未答复的, 该专利申请将被视为撤回。申请人陈述意见或补正/提交修改文本后, 仍不符合规定的, 该专利申请将被驳回。

如有需要沟通的问题, 通过通知书下方的电话未能联系到审查员, 也可以拨打值班电话 0371-87792282 代为转达。



审 查 员：张宇
联系电话：0371-87792062

